

Zadanie 2

Tabela 1

OPIS WYMAGANYCH
PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH

Łóżko rehabilitacyjne z interkomem - 12 szt

Oferowany model/typ:			
Producent:			
Kraj pochodzenia:			
Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe).	Tak	
2	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak	
3	Konstrukcja łóżka wykonana z profile stalowych o wym. 50x20mm malowanych proszkowo kolorze zbliżonym do koloru obudowy, Stabilna konstrukcja uniemożliwiająca chybotanie leża podczas siadania i użytkowania	Tak	
4	Leże łóżka czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym (możliwość blokady funkcji na pilocie)	Tak	
5	Obudowa łóżka w kolorze buk z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi poruszającymi się w ceowniku aluminiowym półzamkniętym	Tak	
6	Szczyt łóżka w formie skrzyni , przód i tył płyta laminowana , słupki oraz krawędź górna z drewna bukowego (nie dopuszcza się skrzyni szczytu w formie wypukłej)	Tak	
7	Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelendurga regulowana elektrycznie min. 0-11°	Tak	
8	Indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych o średnicy min. 125mm	Tak	
9	W leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej	Tak	
10	Złożone barierki wystają ponad leże maksymalnie 2 cm (bez materaca)	Tak	
11	Długość całkowita 2140mm±5mm	Tak/Podać	
12	Szerokość całkowita 1050mm±5mm	Tak/Podać	
13	Długość leża 2020mm±5mm	Tak/Podać	
14	Szerokość leża 890mm ±5mm	Tak/Podać	
15	Kąt odchylenia oparcia pleców 0°-70° regulowany elektrycznie	Tak	
16	Kąt odchylenia segmentu uda 0-40° regulowany elektrycznie Funkcja autokontur	Tak	
17	Regulacja kąta ramki podudzia mechanizmem zapadkowym – przesuw wzdłużny systemem rolkowym	Tak	
18	Regulacja wysokości leża min. 400-800mm ±5mm	Tak/podać	
19	Łóżko wyposażone w Wysięgnik ręki z podwieszka	Tak	
20	materac p/odleżynowy S.Ch piankowy gofrowany w pokrowcu paroprzepuszczalnym gr. 12 cm	Tak	

21	Wyposażenie łóżka: Interkom: System interkomu w każdym pomieszczeniu dozorowanym musi składać się z panela stalowego z wbudowaną kamerą kolorową CMOS 1/3" o obiektywie szerokokątnym 2.8mm i przybliżonym kącie widzenia 81° w poziomie i 65° w pionie wraz z możliwością mechanicznej regulacji kamery o 15° w dowolnym kierunku. Interkom może posiadać obudowę podtynkową lub natynkową. Kamera w interkomie o technologii IP z możliwością nagrywania na rejestratorze oraz integracją z telewizją przemysłową. W pomieszczeniu dyżurki musi znajdować się monitor z dotykowym ekranem pojemnościowym TFT o przekątnej 7 cali z funkcją zarządzania za pomocą graficznego interfejsu oraz przycisków szybkiego wyboru. Powinien posiadać spis pomieszczeń oraz listę połączeń a także możliwość automatycznego zapisu zdjęć osób dzwoniących na karcie pamięci. Obraz musi być dodatkowo wyświetlany na monitorze (telewizorze) o przekątnej od 24 cali do 40 cali z jednoczesną funkcją podglądu wszystkich 12-stu izolatoriów w pomieszczeniu dyżurki. Interkom musi posiadać łączność dźwiękowa pomiędzy izolatorem a dyżurką. System interkomów musi posiadać możliwość rozbudowy do 20 urządzeń. Cały system musi posiadać możliwość zapisu nagrań na dodatkowym rejestratorze	Tak	
22	Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: karta katalogowa proponowanego produktu, Deklaracja CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak/Podać	

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

OPIS WYMAGANYCH
PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH

Szafka nocna - 12 szt

Oferowany model/typ:			
Producent:			
Kraj pochodzenia:			
Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe).	Tak	
2	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak	
3	Szafka w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości min. 18 mm, z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty	Tak	
4	wymiar szafki: ok. 40 x 40 x 51 cm	Tak/Podać	
5	szafka posiada otwartą półkę pod którą znajduje się szafka zamykana na klucz	Tak	
6	uchwyt do szafki o rozstawie min 96 mm.	Tak	
7	kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji	Tak	
29	Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: karta katalogowa proponowanego produktu,	Tak/Podać	

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

OPIS WYMAGANYCH
PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH

Stolik okrągły - 12 szt.

Oferowany model/typ:			
Producent:			
Kraj pochodzenia:			
Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe).	Tak	
2	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak	
3	stolik okrągły z blatem fi 80 cm	Tak	
4	blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości min. 18 mm, z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty	Tak	
5	blat posadowiony na 4 nogach w kolorze chrom (okrągłych lub kwadratowych do wyboru przez Zamawiającego)	Tak	
6	kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji.	Tak	
7	wysokość stołu ok. 80 cm	Tak	
8	Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: karta katalogowa proponowanego produktu,	Tak/Podać	

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

OPIS WYMAGANYCH
PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH

Krzesło stacjonarne - 12 szt.

Oferowany model/typ:			
Producent:			
Kraj pochodzenia:			
Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe).	Tak	
2	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak	
3	Krzesło na 4 chromowanych nogach	Tak	

4	Siedzisko i oparcie kubelkowe, wykonane z profilowanej sklejki bukowej, kubetek pokryty obustronnie laminatem HPL	Tak	
5	Rama krzesła wykonana ze stalowej rury fi 16 x 2.0 mm	Tak	
6	Siedzisko i oparcie wykonane są z 8 warstw. sklejki białej	Tak	
7	laminowane elementy drewniane z nie laminowanymi krawędziami sklejki zabezpieczone woskiem	Tak	
8	uchwyt w oparciu ułatwiający przenoszenie	Tak	
9	W standardzie stopki PP do powierzchni miękkich lub opcjonalnie stopki filcowe	Tak	
10	Całkowita wysokość: 810 mm (+/- 10 mm)	Tak/Podać	
11	Wysokość siedziska: 460 mm (+/-10 mm)	Tak/Podać	
12	Szerokość siedziska: 390 mm(+/-10 mm)	Tak/Podać	
13	Głębokość siedziska: 430 mm (+/-10 mm)	Tak/Podać	
14	możliwość składowania w stosie max. 4szt	Tak/Podać	
15	Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: karta katalogowa proponowanego produktu, Atest wytrzymałościowy: EN 13761, EN 1728, EN 1022	Tak/Podać	

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

**OPIS WYMAGANYCH
PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH**

Szafki ubraniowe - 12 szt.

Oferowany model/typ:			
Producent:			
Kraj pochodzenia:			
Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe).	Tak	
2	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak	
3	Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości min. 18 mm, z zabezpieczonymi krawędziami klejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty	Tak	
4	Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę HDF w kolorze białym grubości min. 3 mm	Tak	
5	wymiar szafy 72/57/190 (dokładny wymiar pobrać z natury)	Tak	
6	szafa posadowiona na metalowych nóżkach	Tak	
7	szafa dzielona na 2 części. W jednej części znajdują się półki , a w drugiej drążek na odzież przymocowany do boków szafy)	Tak	
8	półki wykonane z płyty meblowej o gr. Min 18 mm z możliwością regulacji wysokości ułożenia półki	Tak	
29	Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: karta katalogowa proponowanego produktu	Tak/Podać	

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)